



Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0044/18-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”

Nr Projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0044/18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług Użyteczności Publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura Społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Mońki, dnia 30.03.2021r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mońkach
Al. Niepodległości 9
19-100 Mońki**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Znak sprawy: SPZOZ-VI-262/PU/1/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego ujętego w pakietach I-VI dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach część III.

- 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2021r. – część I.**
- 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2021r. – część II.**
- 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2021r. – część III.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, informuje że w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu medycznego ujętego w pakietach I-VI dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Na pakiet IV wybrano ofertę ERES MEDICAL SP. Z O.O., Płuszwice Kol.64B, 21-008 Tomaszowice.

Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj.: cena-100%.

Na pakiet IV złożono trzy oferty, w tym dwie oferty:

- 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin.**
- 2. VIGOR-MED MICHAŁ WYBACZ, ul. Miła 35, 05-200 Wołomin odrzucono.**



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

- a) ERES MEDICAL SP. Z O.O., Płuszwowice Kol.64B, 21-008 Tomaszowice
Cena – 100pkt

Przewidywany termin zawarcia umowy to **31.03.2021 roku.**

Umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną. Zamawiający przekaże drogą elektroniczną, umowę wraz z załącznikami opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiającego, a Wykonawca w terminie 3 dni odeśle umowę wraz z załącznikami drogą elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

ODRZUCENIE OFERT:

- 1. Odrzucenie oferty PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin na pakiet IV.**

Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści zapytania .

- 1. Zamawiający w postanowieniach Zapytania ofertowego w PAKIECIE IV POZOSTAŁY SPRZĘT wymagał:**

- a) **POZ. 4 – PUR Z OSPRZĘTEM -2SZT**

- 1) **Lp. 7 – „, Waga ok 36 kg (+/- 5kg)”**

Wykonawca podał:

„Tak, Waga ok 36 kg”

W kwestii wagi Zamawiający dopuścił tolerancję wagi (+/- 5kg) od wartości podstawowej czyli 36 kg. W dołączonej do oferty karcie katalogowej producenta JUVENTAS czytamy:

„Waga urządzenia PUR: 50 kg. Waga osprzętu do urządzenia: ok. 30 kg.”

Pismem z dnia 08.03.2021r. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących wagi urządzenia.

Wykonawca w piśmie z dnia 15.03.2021r. pisze:

„W przypadku pakietu nr IV poz. 4 – PUR z osprzętem błędnie podaliśmy wagę urządzenia. W piśmie z wyjaśnieniami z dnia 02.03.2021 r. poinformowaliśmy, że prawidłowa waga urządzenia PUR to 50 kg. Waga zaś osprzętu do urządzenia PUR to ok. 30 kg. Całość wagi urządzenia PUR oraz osprzętu wynosi ok. 80 kg. Na etapie składania oferty podaliśmy tylko maksymalną wagę osprzętu do PUR”

Powyższe świadczy o niezgodności oferowanego urządzenia z ww. wartością parametru wymaganą przez Zamawiającego.

Dlatego postanowiono jak na wstępie.



1. Odrzucenie oferty VIGOR-MED MICHAŁ WYBACZ, ul. Miła 35, 05-200 Wołomin na pakiet IV.

Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści zapytania .

Zamawiający w postanowieniach Zapytania ofertowego w PAKIECIE IV – POZOSTAŁY SPRZĘT wymagał:

a) Poz. 3. WÓZEK INWALIDZKI O WZMOŻONEJ KONSTRUKCJI DLA OSÓB WAŻĄCYCH 130 KG – 1 SZT

1) Lp. 5 - Szerokość siedziska 640 mm - 660 mm (+/- 50mm)


Wykonawca podał: „NIE, DOSTĘPNE SZEROKOŚCI: 530, 560, 600 mm”

Powyższe świadczy o niezgodności oferowanego urządzenia z ww. wartością parametru wymaganą postanowieniami zapytania ofertowego, tak jak to podał w swojej ofercie Wykonawca.

Dlatego postanowiono jak na wstępie.

Dodatkowo informujemy, że w lp. 4 ww. wózka Wykonawca podał „NIE, 49 cm” – jest to parametr, który mieści się w granicach tolerancji dopuszczonej przez Zamawiającego. Nie ma to jednak wpływu na wynik weryfikacji oferty z postanowieniami zapytania.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach


Marek Karp

